

microbio

Gerät für mikrobiologische Luftmessungen.

Die Norm UNE 100012 legt die Quantifizierung der im System vorhandenen KBE [koloniebildende Einheiten] als Methode zur Bewertung und Beurteilung von Anlagen fest.

Der Vergleich mit der Norm zeigt den entsprechenden Desinfektionsbedarf an.



KOFFERINHALT
Transportkoffer.
1 x Software PC Reporter.
4 x wiederaufladbare Batterien.
1 x Batterieladegerät.
1 x mikroperforiertes Kopfteil.
Gebrauchsanweisung und Software.



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannungsversorgung	4 x AA NiMH-Batterien
Saugleistung	100 l/min
Probenvolumen	10 bis 2000 Liter in mehreren Schritten
Probenvolumen-Kapazität	60.000 Liter vor dem Nachfüllen
d50 Partikelgröße	7 µm (220 x 1 mm hole head) 1,35 µm (400 x 0,7 mm hole head)
Durchschnittliche Partikelgeschwindigkeit	9,62 ms-1 (220 x 1 mm hole head) 10,7 ms-1 (400 x 0,7 mm hole head)
Weitere Merkmale	- Automatische Abschaltung - Zeitverzögerter Start bis zu 60 Minuten - 4-stelliges 7" LED-Display - Funktion des Probeabbruchs
Geräuschpegel	< 75 dB
Abmessungen [H x B x L]	196 x 100 x 110 mm 7,7 x 4 x 4 in
Gewicht:	650 g (einschließlich Batterien und Petrischale)